



식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 서한 홍보 요청[산소투여용튜브·카테터]

1. 귀 단체의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 가정에서 인공호흡기를 사용하는 중에 산소투여용튜브·카테터(환자호스) 연결 문제로 알람이 울린 후 조치 과정에서 환자가 뇌사상태에 있다가 끝내 사망한 사고가 발생하였습니다.

3. 우리 처에서는 동 정보를 바탕으로 추가적인 부작용 발생 예방 등 안전조치를 위해 불임과 같이 의료기기 안전성 서한을 배포하니, 보건복지부 및 질병관리본부에서는 전국 보건소를 통해 동 서한이 사용 환자에게 전파될 수 있도록 협조하여 주시기 바라며, 관련 협회에서는 귀 회원사 등에 널리 홍보하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, ‘인공호흡기’를 사용하는 중에 부작용이 발생하였거나 발생할 우려가 있음을 인지한 경우에는 이를 우리 처 또는 전국 12개 종합병원에 설치된 「의료기기 안전성정보 모니터링센터」에 즉시 알려주시기 바랍니다.

불임 의료기기 안전성 서한 1부. 끝.

식품의약품안전처장

수신자 보건복지부장관(건강정책과장), 질병관리본부장, 대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한간호협회장, 의료기기정보기술지원센터장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합장, 의료기기 안전성정보 모니터링센터장



주무관 **황상연** 사무관 **정현호** 의료기기관리과장 **김성곤** 의료기기안전 2014. 12. 30. 국장 **김영균**

협조자

시행 의료기기관리과-9892 (2014. 12. 30.) 접수

우 363-704 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 303 국도푸르미르 빌딩 4층(식품의약품안전처 별관) / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 043-230-0445 팩스번호 043-230-0430 / hsy74@korea.kr / 대국민 공개